

*Wykonawcy,  
którzy ubiegają się o udzielenie  
zamówienia publicznego*

Znak sprawy: INS/BBA - 17/2021

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego równoczesnego optycznego spektrometru emisyjnego ICP-OES z plazmą indukcyjnie sprzężoną z pionowym ustawieniem palnika, podwójnym sposobem podglądu plazmy, jednoczesnym odczytem z obu podglądów, detektorem typu CCD wraz z niezbędnymi częściami eksploatacyjnymi, oraz przeszkolenie pracowników**

**Zamawiający – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24 z późn. zm.), w związku z zapytaniem Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytania nadesłanego do w/w postępowania wraz z odpowiedzią, o treści jak poniżej:**

#### **Pytanie**

Czy dopuszczą Państwo spektrometr, który posiada: - wbudowaną w spektrometrze 4-kanalową pompę perystaltyczną dla roztworu próbki, odcieku z komory, roztworu wewnętrznego wzorca odniesienia oraz innych roztworów np. w metodzie generacji wodorków?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający **nie dopuszcza** spektrometru z wbudowaną w spektrometrze 4-kanalową pompą perystaltyczną dla roztworu próbki, odcieku z komory, roztworu wewnętrznego wzorca odniesienia oraz innych roztworów np. w metodzie generacji wodorków.