



Łukasiewicz
Instytut
Nowych Syntez
Chemicznych

INS/NP/ 4279 /2021

Puławy 06 październik 2021r.

Poniżej przekazuję odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr INS/BBX/ZO – 9/2021 na dostawę kompletnej wirówki laboratoryjnej wolnostojącej

Pytanie nr 1

Ad. 23: Czy Zamawiający jako pamięć parametrów pracy uzna za równoważną funkcję automatycznego zapisywania w pamięci wirówki parametrów ostatniego wirowania?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający uzna wirówkę z funkcją automatycznego zapisywania w pamięci wirówki parametrów ostatniego wirowania.

Pytanie nr 2

Ad. 24: Czy Zamawiający dopuści wirówkę bez możliwości odroczenia czasu uruchomienia? Wirówka będzie posiadała funkcję timera, czyli możliwość predefiniowania czasu wirowania.

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wirówki bez możliwości odroczenia czasu uruchomienia.

DYREKTOR
z up. 
mgr Jolanta Kobus
Przewodnicząca Komisji Przetargowej

