



Puławy, 07 kwietnia 2010r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr INS/CBEN-30/2010 w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę aparatów, maszyn i urządzeń w ramach projektu "Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO₂" – zestaw obejmujący pompę ditlenku węgla PP1, układ napędowy pompy ditlenku węgla PP1M oraz pulsator PZ2 wraz z częściami zamiennymi i nadzorem nad uruchomieniem.

Instytut Nawozów Sztucznych, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wyjaśnia, że zmienia zapis Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia w następujący sposób

I. Pkt VIII.2.2. lit. b):

słowa: „...wydajności co najmniej 5 m³/h” zastąpić słowami: „...wydajności co najmniej 4000kg/h”.

II. Pkt VIII.3.2.2.2.

słowa „...wydajności co najmniej 5m³/h” zastąpić słowami „...wydajności co najmniej 4000 kg/h”.

W związku z powyższym **Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** w następujący sposób:

I. Pkt VIII.2.2. lit. b):

„Wykonawca ma obowiązek wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli firma działa krócej w okresie funkcjonowania firmy) wykonał co najmniej 1 dostawę pompy nurnikowej o ciśnieniu tłoczenia co najmniej 50 MPa oraz wydajności co najmniej 4000kg/h dla instalacji ekstrakcji nadkrytycznej z zastosowaniem CO₂, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Brak referencji wyklucza Wykonawcę z dalszego udziału w postępowaniu”.

II. Pkt VIII.3.2.2.2.

„wykaz dostaw pomp nurnikowych o ciśnieniu tłoczenia co najmniej 50 MPa oraz wydajności co najmniej 4000kg/h dla instalacji ekstrakcji nadkrytycznej z zastosowaniem CO₂, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej SIWZ.”

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

z up. **DYREKTOR**

mgr Jolanta Kobus
Przewodnicząca Komisji Przetargowej

(podpis kierownika Zamawiającego)

