



Puławy, 14 grudnia 2010r.

**Poniżej pytania i odpowiedzi dot. wyjaśnienia treści SIWZ do postępowania
nr INS/LWC-73/2010.**

- 1. Czy Zamawiający dopuści przyrząd wyposażony w system przygotowania krzywej kalibracyjnej „on-line” z wykorzystaniem butli zawierającej certyfikowaną mieszkankę H_2S , COS , CH_3S o stężeniu 50 ppb oraz zaworu wyposażonego w kilka pętli, każda o innej pojemności? System ten zastąpiłby wymagany w SIWZ system przygotowania mieszanin kalibracyjnych działający na zasadzie rozcieńczenia certyfikowanych próbek gazowych.**

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest zainteresowany proponowanym układem kalibracyjnym, a zatem nie dopuszcza takiego rozwiązania jako niezgodnego z zapotrzebowaniem.

z up. DYREKTOR

mgr Jolanta Kobus
Przewodnicząca Komisji Przetargowej