

OGŁOSZENIE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający – Instytut Nawozów Sztucznych zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego *Uniwersalna maszyna do badań wytrzymałościowych*, zrealizowanym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.02.2011 r., pod Nr 2011/S 37-060343, Nr sprawy INS/NO-11/2011, za najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

**„ZWICK POLSKA-Service” Henryk Kotulski
ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź**

Uzasadnienie wyboru: Wyłoniony Wykonawca spełnia warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferta Wykonawcy oceniona przez Zamawiającego w oparciu o kryterium cena 100%, uzyskała maksymalną liczbę punktów.

Treść oferty jest zgodna z treścią SIWZ i nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu.

Cena przedstawiona przez Wykonawcę mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Podsumowanie wyboru: w postępowaniu złożono 2 oferty:

- 1) „TESTLAB” Piotr Rak, 01-649 Warszawa, ul. Lutosławskiego 8
- 2) „ZWICK POLSKA-Service” Henryk Kotulski, ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź

Oferta odrzucona: „TESTLAB” Piotr Rak 01-649 Warszawa, ul. Lutosławskiego 8

Uzasadnienie faktyczne: oferta Wykonawcy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wymagał w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ), by parametry ramy obciążeniowej wynosiły:

Pkt. 4) Wymagany zakres bezstopniowej regulacji prędkości badawczych w pełnym zakresie obciążenia od 0,001 do 500 mm/min – Wykonawca zaoferował od 0,1 do 500 mm/min;

Pkt. 6) Wymagana dokładność i powtarzalność pozycjonowania belki pomiarowej 0,004 mm – Wykonawca zaoferował 0,01 mm;

Pkt. 7) Wymagana rozdzielczość drogi belki pomiarowej 0,02 μm – Wykonawca zaoferował 0,05 μm .

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4) Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej: od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Puławy, 14.04.2011 r.