



Puławy, 11 stycznia 2012r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr INS/LWC – 1/2012 w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę elementów wyposażenia stanowiska badawczego do pomiarów kinetycznych o zróżnicowanym przeznaczeniu, konfiguracji i parametrach technicznych w ramach projektu "Wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę badawczą.

Poniżej przekazuję odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców:

Pytanie:

Czy dopuszczają Państwo zaoferowanie termostatu cyrkulacyjnego o pojemności 4 l. W opisie technicznym (pkt c) jest: „co najmniej 8l.

Odpowiedź:

Tak, Zmawiający dopuszcza zaoferowanie termostatu cyrkulacyjnego o pojemności co najmniej 4l, przy zachowaniu pozostałych parametrów takich jakie zostały wyspecyfikowane.

z up. DYREKTOR
mgr Jolanta Kobus
Przewodnicząca Komisji Przetargowej

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

