



Puławy, 08.09.2011r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury kontrolno – pomiarowej w ramach projektu „Wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę badawczą” – Znak INS/LWC-58/2011.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający - Instytut Nawozów Sztucznych udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawców.

Pytanie nr 1:

Czy w parametrze „długość 1500mm” nie powinno być „długość 150mm”?

Odpowiedź:

Przy sporządzaniu oferty do wyceny proszę przyjąć długość termoelementu 1500mm, większość termopar będzie krótsza.

Pytanie nr 2:

Czy parametr „długość” odnosi się do długości termopary czy do długości przewodów, jeśli do długości przewodów jaka jest wymagana długość termoelementów?

Odpowiedź:

Parametr „długość” odnosi się do długości termopary.

Pytanie nr 3:

Czy standardowa długość przewodów do termoelementów ~150mm będzie wystarczająca? Czy konieczne jest wyposażenie termopar w głowice (główki) termometryczne?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby termopara nie była zaopatrzona w przewód, a była zakończona wtyczką typu mini AD4. Tym samym nie musi być wyposażona w głowice (główki) termometryczne.

**DYREKTOR TECHNICZNY
PROMIURENT**
mgr inż. Stanisław Jaworski