

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego *Dostawa aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego*, Nr sprawy INS/NO-30/2011.

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2011/S 101-165662.

Na podstawie art. 38 ust. 1, pkt. 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.), Zamawiający – Instytut Nawozów Sztucznych udziela odpowiedzi na pytanie zadane przez Wykonawcę dnia 21.06.2011 r.

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi analitycznej o czasie stabilizacji 3,5 sekundy?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgodny na dostawę wagi analitycznej o czasie stabilizacji 3,5 s. Czas stabilizacji powinien wynosić zgodnie z zapisem w SIWZ $\leq 1,5$ s.

Odpowiedzi Zamawiającego wiążą wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego *Dostawa aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego*, Nr sprawy INS/NO-30/2011, i stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Puławy, 24.06.2011 r.