

## Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **Aparatura laboratoryjna i badawcza**, Nr sprawy INS/NO-59/2010.

Na podstawie art. 38 ust. 1, pkt. 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający - Instytut Nawozów Sztucznych udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę dnia 26 października 2010 r., dotyczące części VI zamówienia: *Spektrometr z wyposażeniem dodatkowym (szt.1)*.

**Pytanie 1:** Jaki rodzaj interferometru Państwo wymagają? Z jakiego typu lustrami?

**Odpowiedź:** 60° interferometr bezłożyskowy, bezsmerowy wykorzystujący połączane lustra kubiczne, ustawiany na stałe, nie wymagający justowania dynamicznego /automatycznego.

**Pytanie 2:** Czy przewidujecie Państwo w przyszłości rozbudowę o inne zakresy spektralne?

**Odpowiedź:** Możliwość rozbudowy do rozdzielczości maksymalnej lepszej od 0.9 cm<sup>-1</sup>.

**Pytanie 3:** Jaki rodzaj lasera kontrolującego lustra interferometru Państwo dopuszczacie?

**Odpowiedź:** Laser diodowy kontrolujący lustra interferometru.

**Pytanie 4:** Czy macie Państwo jakieś wymagania dotyczące wielkości i masy urządzenia?

**Odpowiedź:** Urządzenie musi zapewniać łatwą mobilność, przenoszenie do różnych pomieszczeń oraz przewożenie przez personel laboratorium, dlatego masa mniejsza niż 10 kg i o wymiarach nie większych niż 25 cm x 35 cm x 25 cm.

Odpowiedzi Zamawiającego wiążą wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego *Aparatura laboratoryjna i badawcza*, Nr sp. INS/NO-59/2010, i stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Puławy, 27.10.2010 r.