



ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Puławy, 07 kwietnia 2010r.

## Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na dostawę aparatów, maszyn i urządzeń – część Nr 8

### Pytanie:

Dotyczy wykonania komory roboczej dygestorium: w SIWZ Załącznik Nr 10, część 8 istnieje zapis: „...Komora robocza wykonana z płyty OSB wyłożona od środka ceramiką...”. Czy chodzi tu o naklejoną na płytę OSB litą bezspoinową ceramikę wielkogabarytową, czy o naklejone na płytę OSB płytki ceramiczne chemoodporne z fugami.

### Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyłożenia wnętrza komory roboczej dygestorium litą, bezspoinową ceramiką wielkogabarytową. Nie dopuszcza się innych rozwiązań (np. płytki ceramiczne chemoodporne z fugami).



24-110 PUŁAWY  
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A  
tel.: 48(81) 473 14 00, fax: 48(81) 473 14 10  
e-mail: ins@ins.pulawy.pl  
www.ins.pulawy.pl

Regon: 000041619  
NIP: 716-000-20-98

Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS: 0000113728