

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Zamówienia *publicznego Analizator gazowy*. Nr sprawy INS/NO-41/09.

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.), Instytut Nawozów Sztucznych – Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytanie zadane przez Wykonawcę dnia 2 października 2009 r.

Treść pytań:

1. *Jak będzie dokonywany pobór gazu z zestawu i czy Zamawiający przygotuje odpowiedni króciec?*
2. *Co Zamawiający rozumie przez „aparat umożliwiający współpracę z komputerem”, czy chodzi tylko o interfejs np. 232 lub 485, czy również o oprogramowanie?*

Odpowiedzi:

Ad. 1

Cały przepływ gazu z aparatury badawczej ok. 1 l/min. będzie przechodził przez układ pomiarowy. Zamawiający przygotuje odpowiedni króciec.

Ad. 2

Zamawiający nie wymaga oprogramowania. Przez współpracę aparatu z komputerem Zamawiający rozumie interfejs.

Odpowiedzi Zamawiającego wiążą wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego *Analizator gazowy*. Nr sprawy INS/NO-41/09.

Puławy, 05.10.2009 r.