

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **Dostawa aparatury laboratoryjnej**.
Nr sprawy INS/NO-57/2010.

Na podstawie art. 38 ust. 1, pkt. 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający - Instytut Nawozów Sztucznych udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę dnia 7 września 2010 r.

Treść pytania 1:

Dotyczy treści specyfikacji w pkt. III „Opis Przedmiotu Zamówienia”, Część III i IV:

Czy Zamawiający zaakceptuje regulatory wykonane w klasie bezpieczeństwa: Strefa bezpieczeństwa II zgodnie z ATEX?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zaakceptuje regulatory wykonane w klasie bezpieczeństwa: Strefa bezpieczeństwa II zgodnie z ATEX.

Treść pytania 2:

Dotyczy treści specyfikacji w pkt. III „Opis Przedmiotu Zamówienia”, Część IV:

Czy Zamawiający zaakceptuje sterowniki do obsługi regulatorów zamontowane w dwóch obudowach po 4 szt. w każdej obudowie? Uzasadnienie: Sterowniki wielokanałowe (w rozpatrywanym przypadku 4-kanałowe) udostępniają dodatkowe funkcje (np. sterowanie rozcieńczeniami, określanie proporcji między kanałami itp.) jednocześnie obniżając koszty jednostkowe instalacji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zaakceptuje sterowniki do obsługi regulatorów zamontowane w dwóch obudowach po 4 szt. w każdej obudowie.

Treść pytania 3:

Dotyczy treści specyfikacji w pkt. VII. Termin wykonania zamówienia.

Czy Zamawiający zaakceptuje termin wykonania 6 tygodni od daty podpisania umowy? Uzasadnienie: Regulatory wysokociśnieniowe (do 300 Bar) są oferowane w wykonaniach specjalnych, dla których producenci określają dłuższe terminy realizacji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedzi Zamawiającego wiążą wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **Dostawa aparatury laboratoryjnej**, Nr sp. INS/NO-57/2010 i stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Puławy, 09.09.2010 r.