

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego *Dostawa aparatury laboratoryjnej*.
Nr sprawy INS/NO-60/2010.

Na podstawie art. 38 ust. 1, pkt. 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający - Instytut Nawozów Sztucznych udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę dnia 01.10.2010 r., dotyczące CZĘŚCI II zamówienia – *Laboratoryjny piec muflowy (szt. 1)*.

Treść pytania 1: Podane wymiary wewnętrzne komory pieca sugerują, że powinna mieć ona przekrój okrągły (średnica 100mm). Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pieca z muflą o przekroju prostokątnym?

Odpowiedź: Piec musi być przystosowany do pracy w pozycji stojącej: PIONOWO.
Kształt komory podany jest orientacyjnie. Mufla może być okrągła lub prostokątna w przekroju.

Treść pytania 2: Jaka jest tolerancja wymiarów? Czy np. wymiar wewnętrzny mufla 170x90x275 (szer. x wys. x głęb.) spełnia wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Wymiary komory podane są przez nas orientacyjnie. Wewnętrzny wymiar mufla 170x90x275 (szer. x wys. x głęb.) spełnia nasze oczekiwania.

Treść pytania 3: W jaki sterownik powinien być wyposażony piec? Czy ma on zapewniać jedynie stabilizację ręcznie ustawionej temperatury, czy też powinien pozwalać na programowanie przebiegu grzania?

Odpowiedź: Regulator temperatury powinien pozwalać na programowanie całego przebiegu grzania: 4 narosty, 4 izotermi, (tempa narostów, długości izoterm).

Treść pytania 4: Jak należy rozumieć treść paragrafu 6 punkt 5 projektu umowy? Druk ofertowy nie ma rubryki na wpisanie warunków gwarancji. Jest w nim jedynie pozycja dot. czasu trwania. Czy może to oznaczać, że wymiana w ramach gwarancji jednego elementu ma powodować bieg gwarancji na całe urządzenie od nowa? Czy można w ofercie zawrzeć warunki gwarancji?

Odpowiedź: § 6 ust. 5 umowy: „W przypadku wymiany uszkodzonej części na nową obowiązywać będą warunki gwarancji i serwisu wynikające ze złożonej oferty”. W związku z powyższym zapis ten oznacza, że od wymiany elementu czy urządzenia na nowy, okres gwarancji wynosi 12 miesięcy na ten element od daty jego wymiany.

Druk ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) jest jedynie wzorcem do ewentualnego wykorzystania przez Wykonawcę. Zapisy dotyczące gwarancji określone są w umowie (załącznik nr 4 do SIWZ). Oferta Wykonawcy powinna być zgodna z warunkami przedstawionymi przez Zamawiającego i nie może odbiegać od warunków umowy określonych w SIWZ.

Wykonawca składając ofertę może skorzystać z załączonego wzorca i uzupełnić zapis w załączniku ofertowym nr 1 do SIWZ, „Gwarancja m-cy” lub poprzez wpisanie po pozycji „Termin płatności 30 dni” - podać swoje warunki gwarancji, czyli oferowany okres gwarancji na przedmiot zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do podania terminu gwarancji w rubryce formularza ofertowego.

Odpowiedzi Zamawiającego wiążą wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego *Dostawa aparatury laboratoryjnej*, Nr sprawy INS/NO-60/2010 i stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Puławy, 05.10.2010 r.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Przetargowej
ds. Zamówień Publicznych
mgr Waldemar Wawer